

Procedura di valutazione comparativa per la fornitura di n. 1 Risonanza Magnetica 3T e n. 1 Tomografo Computerizzato Photon Counting.

Verbale

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la fornitura di n. 1 Risonanza Magnetica 3T e n. 1 Tomografo Computerizzato Photon Counting presso Università Vita-Salute San Raffaele composta da:

Prof. Antonio Esposito
Ing. Salvatore Chiarella
Dott. Andrea Di Leo

il giorno 28 giugno 2023 alle ore 10.00 si riunisce presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

I componenti la commissione, tutti presenti, procedono immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Antonio Esposito e del Segretario nella persona del Dott. Andrea Di Leo.

Ciascun commissario dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità entro il IV grado incluso con gli altri commissari, e che non sussistono cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.

Prima di iniziare i lavori la commissione, presa visione dell'avviso ad evidenza pubblica del 13 giugno 2023 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la fornitura, procede alla verifica delle offerte ricevute:

- **Offerta n. 1** - ricevuta da Philips S.p.A. (a Socio Unico) avente sede legale in Milano, Viale Sarca 235;
- **Offerta n. 2** - ricevuta da Siemens Healthcare S.r.l. (a Socio Unico) avente sede legale in Milano, Via Vipiteno 4.

La commissione procede alla valutazione preliminare dell'offerta n. 1. Philips S.p.A. ha presentato un'offerta per il solo Lotto n. 1 - Risonanza Magnetica 3T. L'offerta economica presentata rientra nell'importo bandito per il Lotto n. 1 pari ad € 1.750.000 oltre IVA. Tuttavia, verificando la conformità tecnica ai requisiti indicati nel capitolato tecnico allegato all'avviso di fornitura, la commissione ravvisa la mancanza del metal detector fisso all'interno della strumentazione offerta, indicato da Philips S.p.A. come accessorio opzionale.

Sommando il costo di tale accessorio opzionale al costo iniziale previsto dall'offerta l'importo è superiore a quanto bandito per il Lotto 1.

L'offerta n. 1 pertanto è dichiarata dalla commissione non valutabile ai fini della selezione.

La commissione procede alla valutazione preliminare dell'offerta n. 2. Siemens Healthcare S.r.l. ha presentato un'offerta per entrambi i Lotti. Per il Lotto n. 1 l'offerta rientra nell'importo bandito per il Lotto n. 1 pari ad € 1.750.000 oltre IVA. Verificando la conformità tecnica ai requisiti indicati nel capitolato tecnico allegato all'avviso di fornitura, la commissione ravvisa la mancanza della voce upgrade TIM relativo alla catena di radiofrequenza nella strumentazione offerta, indicata da Siemens Healthcare S.r.l. come accessorio opzionale.

Sommando il costo di tale accessorio opzionale al costo iniziale previsto dall'offerta l'importo è superiore all'importo bandito per il Lotto 1.

Per il Lotto n. 2 l'offerta non rientra nell'importo bandito per il Lotto n. 2, pari ad € 2.250.000 oltre IVA.

L'offerta n. 2 pertanto è dichiarata dalla commissione non valutabile ai fini della selezione.

Le offerte migliorative proposte da Siemens non possono essere prese in considerazione in quanto quella per il Lotto 2 supera comunque l'importo bandito pari ad € 2.250.000 oltre IVA.

Visto e considerato quanto sopra descritto, la commissione stabilisce di non poter proseguire ulteriormente nella valutazione delle offerte secondo i criteri previsti dall'avviso di fornitura in quanto nessuna delle due offerte soddisfa il vincolo economico indicato nel bando di selezione.

La commissione termina i lavori alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 28 giugno 2023


La commissione

Prof. Antonio Esposito



(Presidente)

Ing. Salvatore Chiarella



Dott. Andrea Di Leo



(Segretario)